

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง

๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลแม่สอด เป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ ทำคลอด และดูแลมารดา – ทารก ให้ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ดังนั้นงานการพยาบาลผู้คลอด มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำไปใช้ในกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด ที่ต้องมีเตียงที่สามารถปรับเตียงให้เหมาะสมกับการ คลอดท่าต่างๆได้ตามความต้องการในการใช้งาน และความต้องการของแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ขาย

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันที่ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางณัฐพร อภัยคุณสร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางภัทราภรณ์ เทศประสิทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวราพงษ์ สิงห์แก้ว)
วิศวกร

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะ

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ ความต้องการ

เตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าที่สามารถจัดทำของเตียงได้อย่างเหมาะสมกับการคลอดในท่าต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๔.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๒.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งออกแบบมาให้สามารถปรับเป็นเตียงใช้สำหรับทำคลอดได้

๔.๒.๒ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ๑๐๐ - ๒๔๐ โวลต์ ๕๐-๖๐ Hz

๔.๒.๓ มีระบบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าได้ และทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง

๔.๒.๔ สามารถปรับความสูง - ต่ำของเตียง ปรับส่วนหลังของเตียงและปรับอุ้งเชิงกรานด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

๔.๒.๕ แผงควบคุมการทำงานของเตียงแบบ Hand Controller และ Foot Switch โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย

๔.๒.๖ ฐานเตียงทำจากเหล็กหุ้มด้วยพลาสติกที่ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส และแรงดิ่งไม่น้อยกว่า ๓๐ MPa

๔.๒.๗ เบาะทำจากที่นอน Memory Foam ที่มีความหนาแน่นสูงจัดขึ้นรูปและไร้รอยต่อ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางณัฐพร อภัยกุลขจร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางภัทราภรณ์ เทตประสิทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายารพจน์ สิงห์แก้ว)

วิศวกร

๔.๓ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๓.๑ พื้นเตียงเมื่อปรับเป็นท่านอนสามารถแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

๔.๓.๑.๑ ส่วนรองรับศีรษะและหลัง

๔.๓.๑.๒ ส่วนพื้นเตียงตอนกลางรองรับเชิงกราน

๔.๓.๑.๓ ส่วนรองรับขา

๔.๓.๒ ตัวเตียงมีขนาดความกว้างไม่มากกว่า ๗๒๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๓ ด้านข้างของเตียงมีที่วางแขนทั้ง ๒ ด้าน สามารถปรับระดับมุมของที่วางแขนได้

๔.๓.๔ สามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบ hand Controller ดังนี้

๔.๓.๔.๑ ปรับระดับเตียง (Range of up and down) ต่ำสุด ๖๓๐ มิลลิเมตร และสูงสุดได้ ๘๘๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๔.๒ ปรับส่วนรองรับหลัง (Back board adjusting angle)

ขึ้นได้ระหว่าง ๐ - ๕๕ องศา และปรับลงได้ระหว่าง ๐ - ๑๘ องศา

๔.๓.๔.๓ ปรับระดับอุ้งเชิงกลางขึ้นได้ระหว่าง ๐ - ๓๕ องศา

และปรับลงได้ระหว่าง ๐ - ๕ องศา

๔.๓.๕ ส่วนท้ายของเตียงสามารถปรับออกข้างเตียงได้ระหว่าง ๐ - ๙๐ องศา

๔.๓.๖ ใช้มอเตอร์ที่มีคุณภาพดี ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท

๔.๓.๗ เตียงสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ กิโลกรัม

๔.๓.๘ เตียงมีแบตเตอรี่สำรองไฟใช้ในยามฉุกเฉิน

๔.๓.๙ ได้เตียงมีถังใส่ของเหลวทำจากสแตนเลส สามารถทำความสะอาดได้

๔.๔ อุปกรณ์ประกอบต่อ ๑ เตียง

๔.๔.๑ ชุดควบคุมการปรับระดับเตียงไฟฟ้าด้วย Hand Control จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๒ ชุดควบคุมการปรับระดับเตียงไฟฟ้า Foot Switch จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๓ Arm Support จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๔.๔ Hand bar จำนวน ๒ ชิ้น

๔.๔.๕ Anesthesia Frame จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๔.๖ Leg Support จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๔.๗ ถาดใส่ของเหลว จำนวน ๑ ใบ

๔.๕ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๕.๑ มีคู่มือการใช้งาน บำรุงรักษา พร้อมคู่มืออย่างง่ายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำนวนอย่างละ ๒ ชุด

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางฉัตรพร อภัยกุลชูธร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางภัทราภรณ์ เทศประสิทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวรรณพงษ์ สิงห์แก้ว)

วิศวกร

- ๔.๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือใช้งานมาก่อน
- ๔.๕.๓ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
- ๔.๕.๔ ในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องมีการ Calibrate และ maintenance เครื่อง ให้เครื่องทุกๆ ๖ เดือน ตลอดอายุ การรับประกัน และกรณีเครื่องชำรุดในระยะเวลา รับประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วันทำการหลังจากได้รับแจ้ง โดยจะจัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ๔.๕.๕ กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้า เครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (โดยมีเอกสาร แสดงในวันยื่นเสนอ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
- ๔.๕.๖ ผู้ขายมีเอกสารรับรองอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี (โดยมีเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
- ๔.๕.๗ ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้ง จากตัวแทนภายในประเทศ (โดยมีเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอ ทางจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
- ๔.๕.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน และปลอดภัยสากล ISO๙๐๐๑, ISO๑๓๔๘๕, ISO๑๔๐๐๑, ISO๔๕๐๐๑ หรือ CE Mark (โดยมีเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
- ๔.๕.๙ ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะนำการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล
- ๔.๕.๑๐ มีเอกสารการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้งาน
- ๔.๕.๑๑ ผู้ขายจะต้องแนบแคตตาล็อก (โดยมีเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอ ทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)

๕. กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน

กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. ราคากลางของพัสดุ

ราคาสืบจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ กันยายน ๒๕๖๖
เตียงละ ๓๐๐,๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางณัฐพร อภัยภูธร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางภัทราภรณ์ เทศประสิทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวราพงษ์ สิงห์แก้ว)

วิศวกร

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวนวงเงินที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับมอบพัสดุโดยครบถ้วนแล้ว และเบิกจ่ายงวดเดียว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาซื้อขายที่ยังไม่ได้ส่งมอบพัสดุ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางณัฐพร อภัยคุณธร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางภัทราภรณ์ เทศประสิทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพจน์ สิงห์แก้ว)

วิศวกร